

【濃度項目 項目別統計表】

除外方法: 除外と±3SD2回除去

試料	全試料				±3SD 2回除外後				除外後		除外数	
	件数	平均	SD	CV(%)	件数	平均	SD	CV(%)	最小	最大	件数	%
検査項目	(101) グルコース				単位:mg/dL							
S-1	166	246.7	20.0	8.10	162	248.5	3.3	1.33	240	257	4	2.4
S-2	166	106.5	11.5	10.81	164	105.7	1.5	1.43	102	109	2	1.2
検査項目	(102) 総ビリルビン				単位:mg/dL							
S-1	164	3.12	0.18	5.75	160	3.12	0.11	3.47	2.8	3.4	4	2.4
S-2	164	0.73	0.07	10.10	162	0.73	0.06	8.92	0.6	0.9	2	1.2
検査項目	(104) ナトリウム				単位:mmol/L							
S-1	147	134.7	1.3	0.97	146	134.6	0.9	0.68	132	137	1	0.7
S-2	147	145.3	1.3	0.90	144	145.4	0.9	0.63	143	148	3	2.0
検査項目	(105) カリウム				単位:mmol/L							
S-1	147	4.01	0.12	2.93	146	4.00	0.05	1.22	3.9	4.1	1	0.7
S-2	147	5.27	0.12	2.25	146	5.28	0.05	1.01	5.2	5.4	1	0.7
検査項目	(106) クロール				単位:mmol/L							
S-1	147	101.0	1.8	1.76	145	101.0	1.6	1.60	97	105	2	1.4
S-2	147	109.1	1.7	1.58	144	109.2	1.4	1.29	106	113	3	2.0
検査項目	(107) カルシウム				単位:mg/dL							
S-1	151	8.64	0.18	2.08	150	8.64	0.17	2.01	8.3	9.1	1	0.7
S-2	151	9.79	0.18	1.86	151	9.79	0.18	1.86	9.4	10.3	0	0.0
検査項目	(108) 無機リン				単位:mg/dL							
S-1	130	3.43	0.09	2.63	130	3.43	0.09	2.63	3.2	3.7	0	0.0
S-2	130	6.75	0.12	1.75	129	6.75	0.11	1.66	6.5	7.0	1	0.8
検査項目	(109) 血清鉄				単位:μg/dL							
S-1	114	80.1	1.7	2.12	112	80.1	1.5	1.89	76	84	2	1.8
S-2	114	184.4	3.3	1.81	112	184.5	3.0	1.60	178	192	2	1.8
検査項目	(111) 総蛋白				単位:g/dL							
S-1	163	6.24	0.10	1.65	161	6.25	0.09	1.50	6.0	6.4	2	1.2
S-2	163	8.04	0.13	1.59	162	8.04	0.12	1.50	7.7	8.4	1	0.6
検査項目	(112) アルブミン				単位:g/dL							
S-1	161	3.67	0.12	3.23	160	3.67	0.11	3.11	3.4	4.0	1	0.6
S-2	161	4.70	0.14	2.95	160	4.70	0.13	2.71	4.4	5.0	1	0.6
検査項目	(114) 尿素窒素				単位:mg/dL							
S-1	166	34.77	0.72	2.07	164	34.75	0.68	1.96	33.1	36.7	2	1.2
S-2	166	15.40	0.37	2.43	164	15.39	0.35	2.26	14.8	16.4	2	1.2
検査項目	(115) クレアチニン				単位:mg/dL							
S-1	167	4.093	0.070	1.72	167	4.093	0.070	1.72	3.91	4.30	0	0.0
S-2	167	0.899	0.033	3.69	164	0.898	0.028	3.15	0.83	0.97	3	1.8
検査項目	(113) 尿酸				単位:mg/dL							
S-1	163	7.73	0.15	1.90	161	7.74	0.12	1.52	7.4	8.0	2	1.2
S-2	163	5.35	0.17	3.24	155	5.36	0.09	1.60	5.1	5.6	8	4.9
検査項目	(116) 総コレステロール				単位:mg/dL							
S-1	156	154.8	2.5	1.59	156	154.8	2.5	1.59	148	162	0	0.0
S-2	156	202.0	2.8	1.37	156	202.0	2.8	1.37	194	210	0	0.0

【濃度項目 項目別統計表】

除外方法: 除外と±3SD2回除去

試料	全試料				±3SD 2回除外後				除外後		除外数	
	件数	平均	SD	CV(%)	件数	平均	SD	CV(%)	最小	最大	件数	%
検査項目	(117) 中性脂肪				単位:mg/dL							
S-1	157	88.4	2.0	2.25	156	88.3	1.9	2.17	83	93	1	0.6
S-2	157	113.4	3.7	3.26	154	113.6	2.3	2.05	108	121	3	1.9
検査項目	(118) HDL-コレステロール				単位:mg/dL							
S-1	153	47.3	1.5	3.16	150	47.4	1.3	2.80	44	51	3	2.0
S-2	153	61.7	2.1	3.43	150	61.7	1.9	3.09	56	66	3	2.0
検査項目	(119) LDL-コレステロール				単位:mg/dL							
S-1	153	90.3	2.5	2.79	149	90.1	2.2	2.42	84	96	4	2.6
S-2	153	118.3	3.3	2.80	150	118.1	2.9	2.48	111	127	3	2.0
検査項目	(120) C反応性蛋白定量				単位:mg/dL							
S-1	166	2.755	0.216	7.82	162	2.772	0.112	4.03	2.45	3.08	4	2.4
S-2	166	0.532	0.172	32.39	163	0.518	0.029	5.57	0.44	0.60	3	1.8
検査項目	(134) ヘモグロビンA1c (JDS値)				単位:%							
H-1	150	4.69	0.13	2.75	149	4.69	0.12	2.62	4.4	5.0	1	0.7
H-2	150	8.38	0.18	2.13	144	8.39	0.14	1.69	8.0	8.7	6	4.0